

## IT • PLETIX – DISPOSITIVO

**Dispositivo ad uso estetico. Non effettua diagnosi e trattamenti.**

Cod. 126213

### Fabbricante

Callegari Srl

### Destinazione d'Uso

Il Pletix è un dispositivo per la determinazione e la valutazione a fini estetici e non medici del MiRT Index (Microcirculation Return Time), un parametro non convenzionale che riflette lo stato di benessere delle gambe legato alla circolazione.

L'utilizzo del dispositivo non prevede l'impiego di personale specializzato. Il dispositivo è destinato a essere impiegato in ambienti professionali e/o commerciali a uso di operatori che abbiano ricevuto adeguata formazione.

Il Pletix è un dispositivo a uso estetico, non è un dispositivo medico. Il risultato fornito non deve essere inteso per diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di alcuna malattia o di studio di un processo o stato fisiologico o patologico. Il suo risultato ha un valore puramente informativo da intendersi per fini estetici e non medici.

### Caratteristiche Tecniche

PRINCIPIO DI MISURA	Assorbanza/Riflessione
DIMENSIONI SONDA	35(∅) x 15 (H) mm
SORGENTE LUMINOSA	LED, Light Emitting Diode
LUNGHEZZA D'ONDA (λ)	940 nm
DISPLAY	LCD retroilluminato grafico 128x240 pixel (con touch screen resistivo)
TEST	Tempo di ritorno
PRECISIONE	+/-2 sec
INTERFACCIA	USB – B
STAMPANTE	Termica
PESO	3.0 Kg circa
DIMENSIONI	329 (w) x 310 (d) x 90 (h) mm
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno 12 VDC 1.2A (Plug 2.5mm-5.5mm)
ASSORBIMENTO ENERGETICO	max. 15 Watt
CONDIZIONI DI LAVORO	15°÷35°C (5 ÷ 90% Rh)
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO	-5÷60°C (5 ÷ 90 Rh)
CONFORMITÀ	Marchio CE